ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

РОСАККРЕДИТАЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО АККРЕДИТАЦИИ

№ 0006485

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ

№ RA.RU.310666 выдан 03 июня 2016 г.

номер аттестата аккредитации и дата выдачи

Настоящий аттестат выдан Акционерному обществу «Научно-производственное предприятие «Эталон»

наименование и ИНН (СНИЛС) заявителя

ИНН: 5504087401

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 175

место нахождения (место жительства) заявителя

и удостоверяет, что Метрологическая служба Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Эталон»

наименование

644009, г. Омск, ул. Лермонтова, д. 175

адрес места (мест) осуществления деятельности

соответствует требованиям ГОСТ ИСО/МЭК 17025-2009 в области обеспечения единства измерения

аккредитован(о) для выполнения работ и (или) оказания услуг по поверке средств измерений

в соответствии с областью аккредитации, область аккредитации определена в приложении к настоящему аттестату и является неотъемлемой частью аттестата.

Дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 23 апреля 2015 г.

М.П.

Руководитель (заместитель Руководителя) Федеральной службы по аккредитации — подпись — Н.С. Султанов (инициалы, фамилия)

Бланк изготовлен ЗАО «ОПЦИОН», www.opcion.ru, (лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, уровень Б), тел. (495) 726 4742, Москва, 2014 год

Заместитель руководителя
м. п. Федеральной службы по аккредитации
_____ М.А. Якутова
подпись инициалы, фамилия

Приложение
к аттестату аккредитации
№ _____
от «___» _____ 20 ___ г.
на 2 листах, лист 1

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ

Открытое акционерное общество «Научно-производственное предприятие «Эталон»
(ОАО НПП «Эталон)
наименование юридического лица или фамилия, имя и отчество (в случае, если имеется) индивидуального предпринимателя

644009, г. Омск, ул. Лермонтова 175
адрес места осуществления деятельности

Поверка средств измерений
БТО
шифр поверительного клейма

№ п/п	Измерения, тип (группа) средств измерений	Метрологические требования		Примечание
		диапазон измерений	Погрешность и (или) неопределенность (класс, разряд)	
1	2	3	4	5
Измерения времени и частоты				
1	Спидометры цифровые	(10 — 350) км/ч (5,5 — 100000) км (0 — 1000) ч	ПГ ± 0,1 % ПГ ± 0,1 % ПГ ± 0,05 %	
2	Контроллеры цифровых датчиков	(0 — 99) ч	ПГ ± 10 с/сутки	
Теплофизические и температурные измерения				
3	Установка АРМ ПТС	(10 — 3000) Ом	ПГ ± 0,01 %	
4	Установка УПСТ-2М	(0 — 300) мВ (10 — 3000) Ом	S ± 0,9 мкВ S_{cc} ± 0,0125 %	
5	Преобразователи термоэлектрические платинородий-платиновые эталонные	(300 — 1200) °С	ПГ ± (0,5 — 1,8) °С	

1	2	3	4	5
6	Преобразователи термоэлектрические платинородий-платинородиевые эталонные	(600 — 1800) °С	ПГ ± (0,8 — 6) °С	
7	Преобразователи термоэлектрические платиновых и платинородиевых сплавов	(-50 — 1800) °С	ПГ ± (1,0 — 9) °С	
8	Преобразователи термоэлектрические	(-196 — 1300) °С	ПГ ± (0,5 — 9) °С	
9	Термопреобразователи сопротивления	(-196 — 660) °С	ПГ ± (0,1 — 7,2) °С	
10	Термометры стеклянные	(-30 — 300) °С	ПГ ± 0,1 °С	
11	Термометры цифровые	(-196 — 1085) °С	ПГ ± (0,1 — 9) °С	
12	Термопреобразователи с унифицированным выходным сигналом	(-196 — 1200) °С	ПГ ± (0,1 — 1,5) %	
13	Измерители, измерители-регуляторы, преобразователи измерительные	(-196 — 2500) °С	ПГ ± (0,05 — 1,5) %	
14	Термостаты, криостаты	(-196 — 1200) °С	Нестабильность ± 0,02 °С Перепад ± 0,02 °С	
15	Калибраторы температуры	(-50 — 1200) °С	ПГ ± (0,05 — 3,0) °С	
16	Пирометры	(-30 — 2500) °С	ПГ ± (1 — 15) °С	
17	Тепловизоры	(-30 — 2500) °С	ПГ ± (1 — 15) °С	
18	Излучатели в виде модели абсолютно черного тела	(-30 — 2500) °С	ПГ ± (1 — 15) °С	
Измерения электротехнических и магнитных величин				
19	Компараторы напряжения	(10^{-8} — 11,111110) В	КТ 0,0001; 0,0005	
20	Вольтметры, амперметры, омметры цифровые	(10^{-8} — 10^{3}) В (10^{-8} — 10^{-1}) А (10^{-2} — 10^{5}) Ом	ПГ ± (0,004 — 0,015) % ПГ ± (0,02 — 0,05) % ПГ ± (0,002 — 0,5) %	

Генеральный директор
ОАО НПП «Эталон» _____ В.А. Никоненко

М.П.

Эксперт по аккредитации С.Ю. Колташев

Технический эксперт Н.А. Перевалова

Прошнуровано,
пронумеровано
и скреплено печатью
2
листа (ов)