



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.051.A № 69533

Срок действия до 16 апреля 2023 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Преобразователи термоэлектрические ТХА 1107, ТХК 1107

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Эталон"
(АО "НПП "Эталон"), г. Омск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 70848-18

ДОКУМЕНТЫ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.338-2001, МИ 3090-2007

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года; 4 года - для ТХА 1107, ТХК 1107
с диапазоном измерений температуры от минус 40 до плюс 600 °С включ.;
ТХА 1107, ТХК 1107 с длиной монтажной части менее 160 мм подлежат
первичной поверке до ввода в эксплуатацию

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 16 апреля 2018 г. № 725

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

С.С.Голубев



26.04 2018 г.

Серия СИ

№ 041301