



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

RU.C.32.000.A № 18415

Срок действия до 19 января 2020 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи термоэлектрические ТПП 2 821 004, ТПР 2 821 005, ТПР 2 821 006, ТПП 5 182 002, ТПР 5 182 003, ТПР 5 182 004

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Открытое акционерное общество "Научно-производственное предприятие "Эталон" (ОАО "НПП "Эталон"), г. Омск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 13375-04

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ГОСТ 8.338-2002

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 3 года; для преобразователей термоэлектрических с длиной погружаемой части менее 500 мм - первичная поверка до ввода в эксплуатацию

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 19 января 2015 г. № 24

Описание типа средств измерений является обязательным приложением к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

Ф.В.Булыгин



..... 2015 г.

Серия СИ

№ 018541